

INDICADOR QUÍMICO TIPO 4

INDICADOR QUÍMICO TIPO 4
TYPE 4 CHEMICAL INDICATOR

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMACIÓN TÉCNICA
TECHNICAL INFORMATION

REV. 02 – 12/07/2023

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES

PRODUTO
2i INDICADOR QUÍMICO TIPO 4

SKU
844

APRESENTAÇÃO
Caixa com 250 unidades (500 tiras)

NCM
38221990

CÓDIGO DE BARRAS
7898958878566

VALIDADE
5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

O 2i Indicador Químico tipo 4 é uma inovação no monitoramento de esterilização a vapor. Impresso com tinta indicadora, quando submetido ao processo, altera sua coloração de rosa para preto, proporcionando um resultado imediato logo após a esterilização. Seu sistema é claro, de fácil e simples identificação e registro. Destaca-se por ser o único com sistema adesivo, conferindo praticidade e segurança no registro dos dados. Projetado para responder especificamente às variáveis do processo de esterilização, cumpre rigorosamente as normas internacionais.

INDICAÇÕES DE USO
Indicado para monitoramento de autoclave de esterilização à vapor.

ESPECIFICAÇÕES E COMPOSIÇÃO
Cor inicial: Rosa **Cor final**: Preto
Impressão: Tinta comum preta e tinta reativa
Dimensões: 103x16 mm
Livre de metais pesados

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

ARMAZENAMENTO E ADVERTÊNCIAS
Armazene os indicadores em locais secos, resguardados da luz direta e em temperaturas entre 2 e 28°C.
Evite contato com água e não os guarde próximo a agentes esterilizantes.
A data de validade e o lote do produto estão claramente especificados no rótulo de cada embalagem.
Ao ultrapassar a data de validade, descarte quaisquer indicadores que não tenham sido utilizados.

TRANSPORTE – CLASSIFICAÇÃO DE RISCO
Este produto não está classificado como perigoso de acordo com a resolução ANTT n° 420 de 12 fevereiro de 2004.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INSTRUÇÕES DE USO

Insira um indicador em cada pacote, saco ou bandeja destinada à esterilização a vapor.
Em recipientes rígidos, posicione um indicador em cada canto ou, no mínimo, em dois cantos opostos ou diagonais, para assegurar que o vapor alcance as áreas mais difíceis.
Utilize as seguintes temperaturas e tempos:
121°C – 15 minutos
134°C – 3,5 minutos
RESULTADOS ESPERADOS: Alteração de cor da faixa indicativa, de rosa para marrom ou preto.

REGULAMENTAÇÃO APLICADA

Registro ANVISA: ISENTO conforme RDC 751/2022
ISO 11140:2019 – 1: Esterilização de produtos para saúde – Indicadores Químicos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMACIÓN

PRODUCTO
2I INDICADOR QUÍMICO TIPO 4
SKU
844
PRESENTACIÓN
Caja con 250 unidades (500 tiras)
NCM
38221990
CÓDIGO DE BARRAS
7898958878566
VIDA ÚTIL
5 AÑOS DESPUÉS DE LA FECHA DE FABRICACIÓN
PRODUTO
2i INDICADOR QUÍMICO TIPO 4
SKU
844
APRESENTAÇÃO
Caixa com 250 unidades (500 tiras)
NCM
38221990
CÓDIGO DE BARRAS
7898958878566
VALIDADE
5 ANOS APÓS A DATA DE FABRICAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

El 2i Indicador Químico tipo 4 es una innovación en el monitoreo de esterilización a vapor. Impreso con tinta indicadora, cuando es sometido al proceso, cambia su coloración de rosa a negro, proporcionando un resultado inmediato después de la esterilización. Su sistema es claro, fácil y simple de identificar y registrar. Se destaca por ser el único con sistema adhesivo, ofreciendo practicidad y seguridad en el registro de los datos. Diseñado para responder específicamente a las variables del proceso de esterilización, cumple estrictamente las normas internacionales.

INDICACIONES DE USO
Indicado para monitoreo de autoclave de esterilización a vapor.
ESPECIFICACIONES Y COMPOSICIÓN
Color inicial: Rosa Color final: Marrón/Negro
Impresión: Tinta común negra y tinta reactiva
Dimensiones: 103x16 mm
Libre de metales pesados

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

ALMACENAMIENTO Y ADVERTENCIAS

Almacene los indicadores en lugares secos, protegidos de la luz directa y a temperaturas entre 2 y 28°C.
Evite contacto con agua y no los guarde cerca de agentes esterilizantes.
La fecha de caducidad y el lote del producto están claramente especificados en la etiqueta de cada paquete.
Si se supera la fecha de caducidad, descarte cualquier indicador que no haya sido utilizado.

TRANSPORTE – CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Este producto no está clasificado como peligroso de acuerdo con la resolución ANTT n° 420 del 12 de febrero de 2004.

INSTRUCCIONES DE USO

Inserte un indicador en cada paquete, bolsa o bandeja destinada a la esterilización a vapor.
En recipientes rígidos, coloque un indicador en cada esquina o, al menos, en dos esquinas opuestas o diagonales, para asegurar que el vapor alcance las áreas más difíciles.
Utilice las siguientes temperaturas y tiempos:
121°C – 15 minutos
134°C – 3,5 minutos
RESULTADOS ESPERADOS: Cambio de color de la franja indicativa, de rosa a marrón o negro.

REGULACIÓN APLICADA

Registro ANVISA: EXENTO según RDC 751/2022
ISO 11140:2019 – 1: Esterilización de productos para salud – Indicadores Químicos

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMATION

PRODUCT
2i TIPO 4 CHEMICAL INDICATOR

SKU
844

PACKAGING
Box with 250 units (500 strips)

HS CODE
38221990

BARCODE
7898958878566

SHELF LIFE
5 YEARS AFTER THE MANUFACTURING DATE

PRODUCT
2i CLASS 4 CHEMICAL INDICATOR

PRESENTATION
Box with 250 units (500 strips)

FEATURES

The 2i type 4 Chemical Indicator is an innovation in steam sterilization monitoring. Printed with indicating ink, when subjected to the process, it changes its color from pink to black, providing an immediate result right after sterilization. Its system is clear, easy, and simple to identify and record. It stands out for being the only one with an adhesive system, offering practicality and safety in data recording. Designed to specifically respond to the variables of the sterilization process, it strictly complies with international standards.

USE INDICATIONS
Indicated for steam sterilization autoclave monitoring.

SPECIFICATIONS AND COMPOSITION
Initial color: Pink Final color: Brown/Black
Printing: Regular black ink and reactive ink
Dimensions: 103x16 mm
Free of heavy metals

STORAGE AND TRANSPORT

STORAGE AND WARNINGS
Store the indicators in dry places, shielded from direct light, and at temperatures between 2 and 28°C. Avoid contact with water and do not store them near sterilizing agents.
The expiration date and the product batch are clearly specified on the label of each package.
If the expiration date is exceeded, discard any indicators that have not been used.

TRANSPORT - RISK CLASSIFICATION
This product is not classified as hazardous according to ANTT resolution n° 420 of February 12, 2004.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

USAGE INSTRUCTIONS

Insert an indicator in each package, bag, or tray intended for steam sterilization.
In rigid containers, place an indicator in each corner or, at a minimum, in two opposite or diagonal corners, to ensure steam reaches the most challenging areas.
Use the following temperatures and times:
121°C – 15 minutes
134°C – 3.5 minutes
EXPECTED RESULTS: Color change of the indicative strip, from pink to brown or black.

APPLIED REGULATION

ANVISA Registration: EXEMPT as per RDC 751/2022
ISO 11140:2019 – 1: Sterilization of health products - Chemical Indicators.