Praxis (Pt)

O Praxis, sistema para acabamento e polimento de restaurações em resinas é composto por discos de lixa e um mandril de pressão que proporciona agilidade na inversão e na substituição dos discos. Os discos são apresentados nos diâmetros de 3/8" e 1/2" e em quatro granulações codificadas por cores.

Uso: Instalar o dispositivo de acabamento/polimento no mandril. Certifique-se de que o disco está completamente encaixado no mandril de pressão haste do mandril no contra ângulo. Realizar um teste simulando o uso para verificar a rotação efetiva do produto. Para obter um melhor resultado, utilize os discos começando pela granulação mais grossa até a mais fina, sucessivamente. O produto deve ser aplicado a seco, com rotação baixa a média com toques intermitentes. Deve-se aplicar os discos com granulação grossa e média em rotação de 10.000 rpm. Os discos com granulação fina e x-fina devem ser aplicadas em rotação de 30.000 rpm. Enxágue e seque a cada troca de discos com granulações diferentes.

Advertências, precauções e restrições: Uso profissional. Os discos são de uso único. Sua reutilização pode causar contaminação cruzada. O uso do mandril ou discos em conjunto com produtos similares é de inteira responsabilidade do usuário. Recomenda-se que a utilização do produto seja sempre acompanhada de isolamento absoluto do campo operatório, uma vez que objetos soltos podem ser deglutidos ou aspirados acidentalmente. Quando existir comprovada alergia a qualquer um dos seus componentes, o produto não deve ser utilizado. Use proteção ocular para se proteger contra partículas (dentistas e pacientes). Use uma máscara para evitar a inalação de partículas. A utilização de uma barreira dentária é altamente recomendada para proteger contra a potencial ingestão de materiais dentário ou outros detritos. Os dispositivos rotativos devem ser manuseados com cuidado e controle para evitar ferimentos no paciente. O contato com tecidos moles (pele, gengiva, mucosa) pode resultar em lesões locais. O uso de técnicas de sucção aplicadas durante o procedimento ajuda a limitar o problema de descarga de partículas durante o uso de instrumentação rotatória. Qualquer incidente grave relacionado ao dispositivo deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que os utilizadores e/ou pacientes estão estabelecidos.

Conexão com contra-ângulo: O Mandril Praxis é fabricado de acordo com as especificações da ISO 1797:2017.

Limpeza e esterilização: Mandril - Limpeza: Realizar a limpeza com o auxílio de água e detergente enzimático (Amilasa, Protease, Lipase e Carbohidrase) e com faixa de pH puro entre 6,5 – 7,5. Preparar a solução diluindo conforme orientações do fabricante. A água deve ser potável. Para maior eficácia, recomenda-se que a temperatura esteja entre 40°C e 55°C. Submergir os produtos e deixar em contato por 5 minutos com a solução. Retirar as peças e enxaguar com água corrente por, no mínimo, 10 segundos. Secar as peças com papel absorvente ou lenços descartáveis. Esterilização: O mandril deve ser esterilizado em autoclave (126°C, 16 min) após cada paciente. Limites de reprocessamento: O processamento repetido tem efeito mínimo no mandril devido à sua composição. Este é um dispositivo de uso múltiplo. O fabricante garante até 240 reutilizações. Inspeção: Inspecione cuidadosamente o mandril para garantir que todos os detritos tenham sido removidos. Observe danos / quebra do produto que impeçam o funcionamento adequado e não utilize nesses casos.

Composição: Discos: Óxido de alumínio, polietileno tereftalato, resina borracha sintética, ilhós de metal, corante base água. **Mandril:** Aço inoxidável.

Armazenamento: Armazenar até 30°C (86°F), em local seco e ao abrigo da luz solar.

Bordô: Grossa | Rosa: Média

Rosa Claro: Fina | Branco: X-Fina

Ref.	Código	Conteúdo / Contenido
0.3001	0002000008	120 discos de lixa sortidos + mandril / 120 discos de lija surtidos + mandril/ 120 dischi abrasivi assortito + mandrino
0.3002	0002000009	60 discos de lixa sortidos + mandril / 60 discos de lija surtidos + mandril/ 60 dischi abrasivi assortito + mandrino
0.3003	-	Refil 3/8" - 30 discos (G/M/F/XF) / Repuesto 3/8" - 30 discos (G/M/F/XF) / Refill 3/8" - 30 dischi (G/M/F/XF)
0.3004	-	Refil 1/2" - 30 discos (G/M/F/XF) / Repuesto 1/2" - 30 discos (G/M/F/XF) / Refill 1/2" - 30 dischi (G/M/F/XF)
0.3007	-	Refil 3/8" - 50 discos (G/M/F/XF) / Repuesto 3/8" - 50 discos (G/M/F/XF) / Refill 3/8" - 50 dischi (G/M/F/XF)*
0.3008	-	Refil 1/2" - 50 discos (G/M/F/XF) / Repuesto 1/2" - 50 discos (G/M/F/XF) / Refill 1/2" - 50 dischi (G/M/F/XF)*
0.3009	-	Refil 3/8" - 85 discos (G/M/F/XF) / Repuesto 3/8" - 85 discos (G/M/F/XF) / Refill 3/8" - 85 dischi (G/M/F/XF)*
0.3010	-	Refil 1/2" - 85 discos (G/M/F/XF) / Repuesto 1/2" - 85 discos (G/M/F/XF) / Refill 1/2" - 85 dischi (G/M/F/XF)*

*Produtos não disponíveis para venda no Brasil.

Praxis (Es)

Praxis, sistema para acabamiento y pulimento de restauraciones en resina está compuesto por discos de lija y un mandril de presión que proporciona agilidad en la inversión del lado abrasivo así como en la sustitución de los discos. Se presentan en diámetros de 3/8" y 1/2" y en cuatro granulaciones codificadas por colores.

Uso: Instalar el dispositivo de acabado/pulido en el mandril. Asegúrese de que el disco esté completamente encajado en el mandril de presión el vástago del mandril en el contra-ángulo. Realizar una prueba para verificar la rotación efectiva del producto. Para la obtención de mejores resultados, se recomienda utilizar los discos de las cuatros granulaciones, desde la más gruesa hasta la más fina, sucesivamente. El producto debe ser aplicado a seco, con rotación baja a media y con toques intermitentes. Deben aplicarse los discos de granulación gruesa y media en rotación de 10.000 rpm. Los discos de granulación fina y x-fina deben ser aplicados en rotación de 30.000 rpm. Enjuague y seque a cada intercambio de discos de diferentes tamaños de grano.

Advertencias, precauciones y restricciones: Uso profesional. Los discos son de uso único. Su reutilización puede causar contaminación cruzada. La utilización del mandril o discos en conjunto con productos similares es de entera responsabilidad del usuario. Se recomienda que el uso del producto sea siempre acompañado de aislamiento absoluto del campo operatorio, una vez que objetos sueltos pueden ser deglutidos o aspirados accidentalmente. En casos de alergia comprobada a cualquier uno de sus componentes, el producto no debe ser utilizado. Use protección para los ojos para proteger contra partículas (dentistas y pacientes). Use una máscara quirúrgica para evitar inhalar particulas. Se recomienda encarecidamente el uso de una barrera dental como protección frente a la posible ingestión de materiales dentales u otros residuos. Manipule con cuidado y control los dispositivos giratorios para evitar lesionar al paciente. El contacto con los tejidos blandos (piel, encías, mucosa) puede causar lesiones locales. El uso de técnicas de succión aplicadas durante el procedimiento ayuda a limitar el problema de la descarga de partículas durante el uso de instrumentación rotatoria. Cualquier incidente grave relacionado al dispositivo debe ser comunicado al fabricante y a la autoridad competente del Estado-Miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Conexión con contraángulo: El Mandril Praxis es fabricado de acuerdo con las especificaciones de la normal ISO 1797:2017.

Limpieza y esterilización: Mandril - Limpieza: Realice la limpieza con la ayuda de agua y detergente enzimático 4 enzimas (Amilasa, Proteasa, Lipasa y Carboidrase) y con un pH puro entre 6,5 y 7,5. Prepare la solución diluyendo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. El agua debe ser potable. Para una mejor efectividad, se recomienda que la temperatura esté entre 40°C y 55°C. Sumergir los productos y dejarlos en contacto con la solución durante 5 minutos. Retire las piezas y enjuague con agua corriente durante al menos 10 segundos. Secar las piezas con papel absorbente o pañuelos desechables. Esterilización: El mandril se debe esterilizar en autoclave (126°C, 16min), después de cada paciente. Límites de reprocesamiento: el procesamiento repetido tiene un efecto mínimo en el mandril debido a su composición. Este es un dispositivo reutilizable. El fabricante garantiza hasta 240 reutilizaciones. Inspección: inspeccione cuidadosamente el mandril para asegurarse de que se hayan retirado todos los residuos. Observar daños / que impiden el correcto funcionamiento y no utilizarlos en tales casos.

Composición: Discos: Óxido de aluminio, polietileno tereftalato, resina goma sintética, ojales de metal, colorante base água. **Mandril:** Acero inoxidable.

Almacienamiento: Almacenar hasta 30°C (86°F), en lugar seco, al abrigo de la luz.

Bordó: Gruesa | Rosa: Media

Rosa Claro: Fina | Blanco: X-Fina

Praxis (It)

Il sistema Praxis per la rifinitura e la lucidatura di restauri in composito è composto da dischi abrasivi e mandrino pop-on, che offre agilità nelle inversioni laterali e nelle sostituzioni dei dischi. Disponibile in misure da 3/8" e 1/2" e quattro grane, codificate in base ai colori.

Uso: Inerire il dispositivo di finitura/lucidatura sul mandrino. Assicurarsi che il disco sia completamente collegato al mandrino. Installare il mandrino nel contrangolo per eseguire un test simulando l'uso per verificare l'effettiva rotazione del prodotto. Per ottenere i migliori risultati, utilizzare i dischi nelle 4 granulazioni, successivamente dalla più spessa alla più sottile. Il prodotto deve essere applicato a secco, con rotazione da bassa a media e con tocchi intermittenti. I dischi a grana media e grossa devono essere applicati con una rotazione di 10.000 giri/min. I dischi a grana fine e extra fine devono essere applicati con una velocità di 30.000 giri/min. Risciacquare e asciugare ad ogni scambio di dischi con diverse granulazioni.

Avvertenze, precauzioni e restrizioni: Uso professionale. I dischi sono solo per uso singolo. Il riutilizzo può causare contaminazione incrociata. L'uso del mandrino o dei dischi in combinazione con prodotti simili è di esclusiva responsabilità dell'utente. Si raccomanda che l'uso dei dischi sia sempre accompagnato da isolamento assoluto del campo operatorio, poiché gli oggetti sciolti possono essere ingeriti o aspirati accidentalmente. Quando si verifica una allergia comprovata a uno dei suoi componenti, il prodotto non deve essere utilizzato. Utilizzare una protezione per gli occhi per proteggersi dalle particelle (dentisti e pazienti). Indossare una maschera per evitare l'inalazione di particelle. L'uso di una barriera dentale è altamente raccomandato per proteggere dalla potenziale ingestione di materiali dentali o altri detriti. I dispositivi rotanti devono essere maneggiati con cura e controllo per evitare lesioni al paziente. Il contatto con i tessuti molli (pelle, gengive, mucose) può provocare lesioni locali. L'uso di tecniche di aspirazione applicate durante la procedura aiuta a limitare il problema dello scarico di particolate durante l'uso della strumentazione rotante. Qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo al fabbricante e all'autorità competente dello Stato membro in cui l'utilizzatore e/o il paziente è stabilito.

Collegamento con contrangolo: Il Mandrino è fabbricato secondo le specifiche dell'ISO 1797:2017.

Pulitura e sterilizzazione: Mandrino - Pulitura: Effettuare la pulizia con l'aiuto di acqua e detergenti con 4 enzimi (Amilasi, Proteasi, Lipasi e Carboidrasi) e con pH puro compreso tra 6,5 - 7,5. Preparare la soluzione secondo le linee guida del produttore. L'acqua deve essere potabile. Per una maggiore efficienza, si raccomanda che la temperatura sia compresa tra 40°C e 55°C. Immergere i prodotti e lasciare a contatto con la soluzione per 5 minuti. Togliere le parti e sciacquare con acqua corrente per almeno 10 secondi. Asciugare le parti con carta assorbente o fazzoletti monouso. Sterilizzazione: il mandrino deve essere sterilizzato in autoclave (126°C, 16min), dopo ogni paziente. Limiti di trattamento: La lavorazione ripetuta ha un effetto minimo sul mandrino a causa della sua composizione. Questo è un dispositivo multiuso. Il produttore garantisce fino a 240 riutilizzi. Ispezione: Ispezionare attentamente il mandrino per assicurarsi che tutti i detriti siano stati rimossi. Osservare danni / rotture del prodotto che ne impediscono il corretto funzionamento e non utilizzarlo in questi casi.

Composizione: Dischi: Ossido di alluminio, polietilene tereftalato, resina gomma sintetica, occhielli metallici, colorante a base di acqua. **Mandrino:** Acciaio inossidabile.

Conservazione: Conservare fino a 30°C (86 °F), in un luogo asciutto e protetto dalla luce solare.

Borgogna: Gruesa | Rosa - Media

Rosa Chiaro - Fine | Bianco - X-Fine

Praxis

Praxis system for finishing and polishing of composite restorations is composed by abrasive discs and pop-on mandrel, which provides agility at side inversions, as well as in disc replacements. Available in 3/8" and 1/2" sizes and four grits, codified by colors.

Use: Install the finishing/polishing device on the mandrel. Make sure that the disc is fully seated on the mandrel. Insert the mandrel shank into the chuck of the contra-angle handpiece. Perform a test simulating the use to verify the product's effective rotation. For better results, use the four grits, successively from the coarsest to the finest on. Product must be applied dry, with low to medium speed and with intermittent touches. Discs of coarse and medium grits must be applied at 10.000 rpm rotation speed. Discs of fine and X-fine grits must be applied at 30.000 rpm rotation speed.Rinse and dry at each exchange of discs with different granulations.

Warnings, precautions and restrictions: Professional use only. The discs are for single use only. Its reuse may cause cross contamination. The use of the mandrel or discs with similar products is of the user's sole responsibility. To avoid an accidental swallowing of this product, it is necessary the application of a total isolation technique of the operatory field. If there is proven allergy to any of its components, the product must not be used. Wear protective goggles to shield against particles (Dentists and patients). Wear a surgical mask to avoid inhalation of particles. Use of a rubber dam is highly recommended to avoid the potential ingestion of dental materials or other debris. Rotating devices must be handle with care and control to avoid injury to the patient. Contact with soft tissues (skin, gingiva, mucosa) may result in injury to the tissue. The use of high velocity suction techniques applied during the procedure help limit the problem of particles discharging while using rotatory instrumentation. Any serious incident related to the device should be reported to the manufacturer and the competent authority of the Member State in which the user and/or patient is established.

Connection with counter angle: Praxis mandrel is manufactured in compliance with specifications from the rule ISO 1797:2017.

Cleaning and sterilization: Mandrel - Cleaning: Carry out the cleaning with the aid of water and enzymatic detergent 4 enzymes (Amylase, Protease, Lipase and Carbohydrase) and with pure pH range between 6.5 - 7.5. Prepare the dilution solution according to the manufacturer's instruction. Product water should be potable. For best effectiveness, it is recommended that the temperature be between 40°C and 55°C. Submerge the product and leave it immersed for 5 minutes with the solution. Remove parts and rinse under running water for at least 10 seconds. Dry the piece with absorbent paper or disposable wipes. Sterilization: The mandrel should be autoclaved (126°C, 16min), after each patient. Reprocessing Limits: Repeated processing has minimal effect on the mandrel due to its composition. This is a reusable device. The manufacturer guarantees up to 240 reuses. Inspection: Carefully inspect the mandrel to ensure that all debris has been removed. Observe damage / breakage of the product that would prevent proper operation and do not use in this case.

Composition: Discs: Aluminum oxide, polyethylene terephthalate, synthetic rubber resin, metal eyelets, water-based pigments. Mandrel: Stainless steel.

Storage: Store below 30°C (86°F), in a dry place, protected from light.

Burgundy: Coarse | Pink: Medium

Light Pink: Fine | White: X-Fine

Ref.	Code	Content / Contenu
3.3001	0002000034	120 assorted discs + mandrel / 120 disques assortis + mandrin/ 120 Schleifscheiben sortiert+ Dorn
3.3002	0002000035	60 assorted discs + mandrel / 60 disques assortis + mandrin/ 60 Schleifscheibe sortiert + Dorn
3.3003	-	Refil 3/8" 30 discs (G/M/F/XF) / Refil 3/8" 30 disques (G/M/F/XF) / Refil 3/8" 30 Schleifscheiben (G/M/F/XF)
3.3004	-	Refil 1/2" 30 discs (G/M/F/XF) / Refil 1/2" 50 disques (G/M/F/XF) / Refil 1/2" 50 Schleifscheiben (G/M/F/XF)
3.3007	-	Refil 3/8" 50 discs (G/M/F/XF) / Refil 3/8" 50 disques (G/M/F/XF) / Refil 3/8" 50 Schleifscheiben (G/M/F/XF)
3.3008	-	Refil 1/2" 50 discs (G/M/F/XF) / Refil 1/2" 50 disques (G/M/F/XF) / Refil 1/2" 50 Schleifscheiben (G/M/F/XF)
3.3009	-	Refil 3/8" 85 discs (G/M/F/XF) / Refil 3/8" 85 disques (G/M/F/XF) / Refil 3/8" 85 Schleifscheiben (G/M/F/XF)
3.3010	-	Refil 1/2" 85 discs (G/M/F/XF) / Refil 1/2" 85 disques (G/M/F/XF) / Refil 1/2" 85 Schleifscheiben (G/M/F/XF)

Praxis

Praxis est un système pour finition et polissage de restaurations en résine, composé de disques de limage et d'un mandrin à pression qui assure une agilité dans l'inversion et dans la substitution des disques. Les disques sont présentés dans des diamètres de 3/8" et 1/2" et dans quatre granulations codifiées par des couleurs.

Usage: Installez le dispositif de finition/polissage sur le mandrin. Assurez-vous que le disque est bien assis sur le mandrin. Insérez la tige du mandrin dans le mandrin du contre-angle. Effectuez un test de simulation afin de bon fonctionnement du bouton rotatif. Pour une obtention de meilleurs résultats, utiliser les disques dans les 4 granulations les plus grossières aux plus raffiné le bon à plus fine. Le produit doit être appliqué à sec, avec une basse à moyenne rotation et avec des touchers intermittents. Les disques de grains fins et x-fins doivent être appliqués à une vitesse de rotation de 30 000 tr/min. Rincer et sécher à chaque échange de disques avec différentes granulations.

Advertissements, précautions et restrictions: Usage professionnel. Les disques sont à usage unique. Toute réutilisation peut provoquer la contamination croisée. L'utilisateur est entièrement responsable pour l'usage du mandrin ou des disques avec des produits similaires. Nous recommandons que l'utilisation du produit soit toujours accompagnée de l'aspiration abondante du champ opératoire, dans la mesure ou des éléments libres peuvent être déglutis ou aspirés accidentellement. Lorsqu'il existe une allergie prouvée à un des composants le produit ne doit pas être utilisé. Utilisez une protection oculaire pour vous protéger contre les particules (Dentistes et patients). Portez un masque chirurgical pour éviter l'inhalation des particules. L'utilisation d'une barrière dentaire est fortement recommandée pour se protéger contre l'ingestion potentielle de matériaux dentaires ou d'autres débris. Les dispositifs rotatifs doivent être manipulés avec soin et contrôle pour éviter de blesser le patient. Le contact avec les tissus mous (peau, gencive, muqueuse) peut endommager les tissus. L'utilisation de techniques d'aspiration appliquées pendant la procédure permet de limiter le problème de décharge des particules lors de l'utilisation de l'instrumentation rotative. Tout incident grave survenu en lien avec le dispositif devrait faire l'objet d'une notification au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et/ou le patient est établi.

Connexion avec contre-angle: Le mandrin est fabriqué en accord avec les spécifications ISO 1797:2017.

Nettoyage et sterilisation: Mandrin - Nettoyage: Réaliser le nettoyage à l'aide d'eau et de détergent quadrienzymatique (Amylase, Protéase, Lipase et Carbohydrase) et dans une plage de pH pur entre 6,5 – 7,5. Préparez la solution de dilution conformément aux instructions du fabricant. L'eau devrait être potable. Pour une meilleure efficacité, il est recommandé que la température soit comprise entre 40°C et 55°C. Submerger les produits et les laisser en contact avec la solution durant 5 minutes. Retirer les pièces et les rincer à l'eau courante durant au moins 10 secondes. Sécher la pièce avec du papier absorbant ou des lingettes jetables. Stérilisation: Le dispositif est autoclavable (126°C, 16min), après chaque patient. Limites de retraitement : Le traitement répété a un effet minimal sur le mandrin en raison de sa composition. Ce dispositif est réutilisable. Le fabricant garantit jusqu'à un maximum de 240 réutilisations. Inspection: Inspectez soigneusement le mandrin pour vous assurer que tous les débris ont été enlevés. Observez les dommages/ruptures du produit qui empêcheraient un fonctionnement correct et ne les utilisez pas dans ce cas.

Composition: Disques: Oxyde d'aluminium, polyéthylène téréphtalate, résine de caoutchouc synthétique, oeillets de métal, colorants à base d'eau. **Mandrin:** Acier inoxydable.

Stockage: Conserver jusqu'à 30°C (86 °F), dans un endroit sec et sous la lumière du soleil.

Bordeaux: Grosse | Rose: Médian

Rose Clair: Fin | Blanc: X-Fin

Praxis

Das Praxis-System zur Vearbeitung und zum Polieren von Kunstharzrestaurationen besteht aus Sandpapierscheiben und einer Druckspindel, die die Wendigkeit und den Austausch der Scheiben gewährleistet. Die Scheiben sind in 3/8" und 1/2" Durchmessern und in vier farbcodierten Körnungen erhältlich.

Anwendung: Installieren Sie das Fertigbearbeitungs-/Poliergerät auf dem Dorn. Stellen Sie sicher, dass die Scheibe vollständig am dorn befestigt ist. Installieren Sie den dorn auf dem Winkelstück. Führen Sie einen Test zur Simulation der Verwendung durch, um die effektive Rotation des Produkts zu verifizieren. Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die scheiben in den 4 Körnungen, nacheinander vom dicksten zum feinsten verwenden. Das Produkt sollte trocken mit niedriger bis mittlerer Rotation und mit intermittierenden Berührungen aufgetragen werden. Scheiben mit sehr groben und mittleren Körnung müssen mit einer Drehzahl von 10.000 U/min eingesetzt werden. Scheiben mit einer feinen und extra-feinen Körnung müssen mit einer Drehzahl von 30.000 U/min eingesetzt werden.Spülen und trocknen Sie bei jedem Austausch von Scheiben mit verschiedenen Granulationen.

Hinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Einschränkungen: Nur für den professionellen Gebrauch. Scheiben sind für den einmaligen Gebrauch. Die Wiederverwendung kann zu Kreuzkontaminationen führen. Der Anwender ist verantwortlich für die gemeinsame Anwendung von dorn und scheiben mit ähnlichen Produkten. Um versehentliches Verschlucken des Produktes zu verhindern, ist die absolute Isolation der Operationsumgebung notwendig. Bei nachgewiesener Allergie auf eines der Bestandteile darf das Produkt nicht verwendet werden. Verwenden Sie Schutzbrille und Patienten) Augenschutz, um sich vor Partikeln zu schützen. Tragen Sie eine Mundmaske, um das Einatmen von herumfliegenden Partikeln zu vermeiden. Die Verwendung einer Zahnbarriere wird dringend empfohlen, um vor der möglichen Aufnahme von Zahnmaterial oder anderen Rückständen zu schützen. Rotierende zahnärztliche Instrumente müssen mit Sorgfalt und Kontrolle behandelt werden, um Verletzungen des Patienten zu vermeiden. Kontakt mit Weichteilen (Haut, Zahnfleisch, Schleimhaut) kann zu lokalen Verletzungen führen. Die Verwendung von Saugtechniken, die während des Verfahrens angewendet werden, hilft das Problem der Partikelableitung während der Verwendung von rotierenden zahnärztlichen Instrumenten zu begrenzen. Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden sind.

Verbindung mit dem Winkelstück: Die Spindel wird nach den Vorgaben der ISO 1797:2017 produziert.

Reinigung und Sterilisation: Winkelstück-Mandrell - Reinigung: Führen Sie die Reinigung mit Hilfe von Wasser und enzymatischen Waschmittel 4-Enzymen (Amylase, Protease, Lipase und Kohlenhydrate) und mit reinem Ionen pH-Bereich zwischen 6,5 und 7,5 durch. Bereiten Sie die Lösung nach den Richtlinien des Herstellers vor. Das Wasser muss trinkbar sein. Zur höheren Effizienz wird empfohlen, dass die Temperatur zwischen 40°C und 55°C liegt. Tauchen Sie die Produkte ein und lassen Sie sie 5 Minuten lang mit der Lösung in Kontakt. Entfernen Sie die Teile und spülen Sie sie mindestens 10 Sekunden lang mit fließendem Wasser ab. Trocknen Sie die Teile mit saugfähigen Papier oder Einweg-Tuch.Sterilisation: Der Dorn muss nach jedem Patienten Autoklaven sterilisiert werden (126°C, 16min), nach jedem Patienten. Grenzen der Wiederaufbereitung: Wiederholte Verarbeitung hat aufgrund seiner Zusammensetzung nur minimale Auswirkungen auf den dorn. Dies ist ein Mehrzweckgerät. Der Hersteller garantiert bis zu 240 Wiederverwendungen. Überprüfen Sie den mandrell sorgfältig, um sicherzustellen, dass alle Rückstände entfernt wurden. Achten Sie auf Schäden/Brüche am Produkt, die den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern. Verwenden Sie es in solchen Fällen nicht.

Struktur: Polierscheiben: Aluminiumoxyd, Polyethylenterephthalat, synthetischer Gummiharz, Metallösen, Farbstoffe auf Wasserbasis.

Winkelstück-Mandrell: Rostfreier Stahl.

Lagerung: Lagern Sie es bis zu 30°C (86°F), an einem trockenen Ort und weg vom Sonnenlicht aufbewahren.

Bordeauxrot: Dick | Rosa: Medium

Hellrosa: Dünn | Weiß: X-Dünn

EC REP Obelis S.A
Bd. Général Wahis 53
1030 Brussels, Belgium
Tel: +(32) 2.732.59.54
E-mail: info@obelis.net

Uso profissional / Uso profesional/ Professionellen Gebrauch/ Professional use only/ Usage professionnel/ Uso profesionale.

Fabricante / Manufacturer TDV Dental Ltda
CNPJ 81.591.786/0001-60
XV de Novembro, 9944 | CEP 89107-000
Pomerode/SC - Brasil
Reg. ANVISA 10291220030
55 47 3395-6115 | 0800 047 1020
info@tdv.com.br | www.tdv.com

Resp. Técn. Gisele Karina Gruber –
CREA/SC 179557-7

Version 07 - 06/2021

PT/ES: Dispositivo Médico
IT: Dispositivo Medicale
EN: Medical Device
FR: Dispositif Médical
DE: Medizinprodukt