KDent



K-Dam

Barreira Gengival Fotopolimerizável
Light Curing Gingival Barrier
Barrera Gingival Fotocurable

BR | MANUAL DE INSTRUÇÕES
Barreira Gengival Fotopolimerizável
Somente uso profissional

Descrição do produto:
A Barreira Gengival K-Dam é uma resina fotopolimerizável indicada para o isolamento relativo da gengiva em situações de clareamento dental em consultório. O produto também pode ser utilizado em qualquer situação onde haja necessidade de proteção de um tecido, como por exemplo: coadjuvante no selamento do isolamento absoluto, reparação de dique de borracha, jateamento com bicarbonato, aplicação de ácidos fortes, entre outras. Produto apresenta-se em forma de gel a base de metacrilatos, possui viscosidade ideal para favorecer a aplicação e o perfeito isolamento.

Apresentação:
Embalagem composta por 01 seringa com 2,0 g de produto e 03 pontas aplicadoras.

Composição básica:
Monômeros metacrílicos, catalizadores, estabilizantes, cargas inorgânicas e pigmentos.

Indicação do produto:
É indicada como protetor gengival em situações clínicas de utilização de produtos que podem agredir/lesionar o tecido gengival. O produto também pode ser utilizado em qualquer situação onde haja necessidade de proteção de um tecido oral.

Instruções de Utilização:
1 - Secar a área dos dentes e gengiva que se pretende proteger/isolar.
2 - Com a ponteira aplicadora devidamente acoplada à seringa, aplicar pequena quantidade de produto (fina camada de 1,0 a 1,5 mm de espessura) na gengiva e papilas gengivais. No caso dos dentes, aplicar aproximadamente 0,5 mm.
3 - Polimerizar a barreira gengival aplicada por meio da incidência de luz de um fotopolimerizador por 20 a 30 segundos, em uma extensão de 3 a 4 dentes.
4 - Verificar se a barreira gengival está cobrindo toda a superfície da gengiva e se foi adequadamente polimerizada.
5 - Para a remoção do produto, destacá-lo com auxílio de um instrumento, como por exemplo uma sonda exploradora.

Precauções e contraindicações:
- Utilizar óculos de proteção e luvas para manipulação;
- Previamente à utilização do produto e distante do paciente, verificar o funcionamento da seringa e o fluxo do material através da ponteira. Em caso de obstrução, substituir por nova ponteira e verificar novamente;
- Não reutilizar as ponteiras aplicadoras;
- Produto não injetável, não reutilizar a seringa;
- Não utilizar o produto em casos de gengivite, doença periodontal, ou qualquer outra lesão gengival;
- Não utilizar o produto em casos de pacientes que realizaram recentemente intervenções cirúrgicas periodontais;
- Produto contraindicado para pessoas com sensibilidade conhecida a algum dos componentes.

Conservação e armazenamento:
O produto deve ser armazenado em sua embalagem original, devidamente fechada, ao abrigo da luz e mantido em ambiente com temperaturas entre 2 - 28°C.

Efeitos Colaterais:
O produto possui em sua composição monômeros metacrílicos (sintéticos), que podem provocar irritações leves em pacientes sensíveis a estas substâncias.

Advertências:
- O descarte do material deverá ser feito de acordo com as legislações vigentes de seu país.
- Manter fora do alcance de crianças e animais.
- Não utilizar o produto após expirar o prazo de validade.
- O fabricante não se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou divergente das instruções de uso.

EN | INSTRUCTIONS MANUAL
Light Curing Gingival Barrier
Professional use only

Product Description:
The K-Dam Gingival Barrier is a light curing resin indicated for the isolation related to the gingiva in situations in office dental bleaching. The product can also be used in any situation where there is a need to protect an oral tissue, such as: as an adjunct in the sealing for absolute isolation, repairing a rubber dam, blasting with bicarbonate, applying strong acids, among others. The product is a gel based on methacrylates, has ideal viscosity to promote application and perfect isolation.

Presentation:
Packaging composed of 01 syringe with 2,0 g of product and 03 applicator tips.

Basic Composition:
Methacrylic monomers, catalysts, stabilizers, inorganic fillers and dyes.

Indication of the product:
Is indicated as gingival barrier in clinical situations of use of products that can attack/injure the gingival tissue. The product can also be used in any situation where there is a need to protect an oral tissue.

Instructions for use:
1 - Dry the area of the teeth and gingiva to be protected/isolated.
2 - With the applicator tip properly coupled to the syringe, apply small amount of the product (thin layer 1.0 to 1.5 mm thick) in gingiva and gingival papillae. For teeth, apply approximately 0.5 mm.

3 - Polymerize the gingival barrier applied using light from a light curing machine for 20 to 30 seconds, in an extension of 3 to 4 teeths.
4 - Verify if the gingival barrier is covering the entire surface of the gingiva and that it has properly light cured.
5 - For the removal of the product, detach it with the aid of an instrument, such as an explorer probe.

Precautions and contraindications:
- Wear safety glasses and gloves for handling;
- Before using the product and away from the patient, check the operation of the syringe and the flow of the material through the tip. In case of obstruction, replace with a new tip and check it again;
- Do not reuse the applicator tips;
- Non-injectable product, do not reuse the syringe;
- Do not use the product in cases of gingivitis, periodontal disease, or any other gingival lesion;
- Do not use the product in cases of patients who have recently undergone periodontal surgery;
- Product contraindicated for people with known sensitivity to any of the components.

Conservation and Storage:
The product should be stored in its original packaging, properly closed, protected from light and kept in an environment with temperatures between 35,6 - 82,4 °F.

Side effects:
The product has methacrylic monomers (synthetic) in its composition, which can cause mild irritation in patients sensitive to these substances.

Warnings:
- The material must be disposed of in accordance within the current laws in your country.
- Keep out of the reach of children and animals.
- Do not use the product after the expiry date.
- The manufacturer is not liable for damages caused by misuse or divergence of the instructions for use.

ES | MANUAL DE INSTRUCCIONES
Barrera Gingival Fotocurable
Solamente uso profesional

Descripción del Producto:
El Barrera Gingival K-Dam es una resina fotocurable indicada para el aislamiento relativo del gingiva en situaciones de blanqueamiento dental en el consultorio. El producto también se puede utilizar en cualquier situación en la que sea necesario proteger un tejido bucal, como por ejemplo: como coadyuvante en el aislamiento absoluto, reparácion del dique de goma, voladura con bicarbonato, aplicácion de ácidos fuertes, entre otros. El producto se presenta en forma de gel a base de metacrilato, tiene una viscosidad ideal para favorecer la aplicácion y un perfecto aislamiento.

Presentácion:
Embalaje compuesto por 01 jeringa con 2,0 g de producto cada y 03 puntas de aplicácion.

Composición Básica:
Monómeros metacrílicos, catalizadores, estabilizadores, cargas inorgánicas y colorantes.

Indicación del producto:
Es indicada como protector gingival en situaciones clínicas de uso de productos que pueden atacar/lesionar el tejido gingival. El producto también se puede utilizar en cualquier situación en la que sea necesario proteger un tejido bucal.

Instrucciones de uso:
1 - Seque la zona de dientes y encía a proteger/aislar.
2 - Con la punta de aplicación correctamente acoplado a la jeringa, aplicar pequeñ cantidad de producto (capa delgada de 1,0 a 1,5 mm de espesor) en la encía y las papilas gingivales. Para los dientes, aplique aproximadamente 0,5 mm.
3 - Fotocurar la barrera gingival aplicada mediante aparato de luz durante 20 a 30 segundos, en una extensión de 3 a 4 dientes.
4 - Verificar si el barrera gingival cubre toda la superficie de la encía y que haya sido curada correctamente.
5 - Para remover el producto, sacar con la ayuda de un instrumento, como por ejemplo una sonda exploradora.

Precauciones y contraindicaciones:
- Utilizar lentes de protección y guantes para manipulación;
- Previamente a la utilización del producto y distante del paciente, verificar el funcionamiento de la jeringa y el flujo del material a través de la puntera. En caso de obstrucción, substituir por nueva puntera y verificar nuevamente;
- No reutilizar las puntas de aplicación;
- Producto no inyectable, no reutilizar la jeringa;
- No utilice el producto en casos de gingivitis, enfermedad periodontal o cualquier otra lesión gingival;
- No utilice el producto en casos de pacientes que se hayan sometido recientemente a una cirugía periodontal;
- Producto contraindicado para personas con sensibilidad conocida a algún de los componentes.

Conservación y almacenamiento:
El producto debe ser almacenado en su envase original debidamente cerrado, protegido de la luz y mantenido en un ambiente con temperaturas entre 2 - 28 °C.

Efectos colaterales:
El producto tiene monómeros metacrílicos (sintéticos) en su composición, los cuales pueden causar una leve irritación en pacientes sensibles a estas sustancias.

Advertencias:
- El descarte del material deberá ser hecho de acuerdo con las leyes vigentes de su país.
- Mantener fuera del alcance de los niños y animales.
- No utilizar el producto después de expirado el plazo de validad.
- El fabricante no se responsabiliza por daños causados por uso incorrecto o divergente de las instrucciones de uso.

QUIMIDROL COM. IND. IMP. LTDA
Rua Dona Francisca, 6505 - Distrito Industrial
CEP: 89219-530 - Joinville - Santa Catarina - Brasil
Fone: +55 (47) 3027.8700 - www.quimidrol.com.br
CNPJ: 84.704.683/0001-58 - Indústria Brasileira
Responsável Técnico: Marcio Bianchini
CRQ XIII 09201506 - Reg. ANVISA nº: 80666970035
Made in Brazil - Marca: KDent® - Cód.: 7101 - Rev.: 00

Serviço ao profissional
0800 601 8700
Conheça nossas soluções para odontologia em
www.quimidrol.com.br